



Szkoła Aspirantów

Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
os. Zgody 18, 31-951 Kraków

Kraków, dnia 15.05.2020 r.

WTP.077/16 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Dostawy defibrylatorów AED – 2 szt. dla Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, os. Zgody 18, 31-951 Kraków zwraca się z prośbą o złożenie oferty na dostawę defibrylatorów AED – 2 szt.

1. Przedmiot zamówienia (Wymagane warunki techniczne i eksploatacyjne defibrylatorów):
 - Zautomatyzowany defibrylator zewnętrzny z możliwością pracy w trybie dla dorosłych i dla dzieci. Defibrylator fabrycznie nowy, rok produkcji 2019/2020.
 - Użytkownik w czasie korzystania z urządzenia jest prowadzony przez jednoznaczne polecenia głosowe w języku polskim.
 - Defibrylator dostosowuje tempo podawania komend głosowych do tempa działania osoby udzielającej pomocy, wyposażony w metronom lub inny dźwięk wspomagający częstotliwość uciskania klatki piersiowej u osoby poszkodowanej.
 - Defibrylator wyposażony w wskaźniki dźwiękowe i/lub wizualne informacji gotowości urządzenia do pracy o:
 - technicznej sprawności urządzenia lub jej braku,
 - nieprawidłowym podłączeniu elektrod lub ich braku,
 - wymaganej defibrylacji lub braku przeciwwskazań do jej przeprowadzenia,
 - prowadzonej analizie rytmu pracy serca i ewentualnych zakłóceniach.
 - Wymagania dotyczące pracy, rejestrowania i przenoszenia danych:
 - algorytm postępowania zgodny z aktualnie obowiązującymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) 2015,
 - urządzenie powinno zapewniać pełną i trwałą rejestrację danych o jego działaniu, w szczególności rejestrować, co najmniej włączenie urządzenia oraz zdarzenia zasadnicze (wykrycie ruchu, analizę EKG, zalecenie wykonania wstrząsu, informacje o wykonanym wstrząsie). Urządzenie powinno zapewniać rejestrację danych we wbudowanej pamięci wewnętrznej lub na karcie pamięci dostarczonej wraz z urządzeniem. Urządzenie powinno mieć możliwość transferu pełnych danych zapisanych na wewnętrznej pamięci do komputera PC

Tel. 12 681 97 00
Fax. 12 681 97 09

e-mail: szkola@sapsp.pl
www.sapsp.pl

NIP: 678-002-92-86
REGON: 000173427

z systemem Windows (karta pamięci, kabel USB lub łączność bezprzewodowa),

- urządzenie samodzielnie i automatycznie musi przeprowadzać procedurę sprawności urządzenia, co najmniej raz na dobę.
- Defibrylator wyposażony w minimum dwie pary elektrod samoprzylepnych w tym 1 komplet dla dorosłych i 1 komplet dla dzieci lub minimum dwóch par elektrod uniwersalnych. Dopuszczalna konwersja do trybu pediatrycznego poprzez klucz pediatryczny/adapter wielorazowego użytku. Na opakowaniu elektrod oraz na każdej elektrodzie dokładny rysunek określający miejsce ich prawidłowego naklejenia.
- Defibrylator wyposażony w baterię o okresie żywotności min. 5 lata zapewniającą w sumie nie mniej niż 200 wyładowań maksymalną energią. Gwarancja producenta na baterię min. 5 lata.
- Dokumentacja techniczna, certyfikaty zgodności w języku polskim oraz deklaracja zgodności CE – dołączone do oferty.
- Waga urządzenia AED: do 3,5 kg.
- Wymagany jest autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Gwarancja minimalna na urządzenie AED – 4 lata i w tym okresie bezpłatny serwis wraz z gwarancją udostępnienia na czas serwisu pełnowartościowego kompletnego defibrylatora zastępczego. W okresie gwarancji Wykonawca sprzętu ponosi wszystkie koszty napraw gwarancyjnych oraz wymiany elektrod i baterii.
- W przypadku zgłoszenia awarii urządzenia AED czas reakcji serwisowej nie może być dłuższy niż 60 godzin. Za czas reakcji serwisowej uznaje się okres od chwili zgłoszenia awarii do chwili uzyskania sprawności urządzenia względnie zamontowania urządzenia zastępczego.
- Defibrylator AED musi posiadać parametry techniczne umożliwiające mu pracę w zakresie temperatur 0-30 stopni Celsjusza oraz umożliwiające mu krótkotrwałą pracę (około 20 minut) w zakresie temperatur od -20 do + 50 stopni Celsjusza. Możliwość pracy w temperaturze ujemnej potwierdzona zapisem w instrukcji producenta. Urządzenie umożliwia przeprowadzenie bezpiecznej defibrylacji na mokrej i metalowej powierzchni (potwierdzone notą techniczną producenta).
- Defibrylatorów musi być dostarczonych z gablotą/szafką/kapsułą (zwaną dalej gablotą). Gablota na defibrylator musi być szczelna i chroniąca urządzenie przed warunkami atmosferycznymi (w przypadku gabloty umieszczonej na zewnątrz budynku) oraz odporna na uderzenia i akty wandalizmu zgodnie z normą IK 10 (w przypadku wszystkich gablot).
- Wraz z zestawem dostarczona instrukcja obsługi w języku polskim

2. Dostawa:

Dostawa na koszt i ryzyko do siedziby zamawiającego tj. Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, os. Zgody 18, 31-951 Kraków.

3. Termin wykonania: **do dnia 15.06.2020 r.**

4. Termin płatności: min. 21 dni od dnia dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia.

Osoba upoważniona do kontaktu: kpt. Łukasz Gąstoł tel. 12 681 99 42.

Tel. 12 681 97 00
Fax. 12 681 97 09

e-mail: szkola@sapsp.pl
www.sapsp.pl

NIP: 678-002-92-86
REGON: 000173427

Ofertę w formacie pdf proszę złożyć pocztą elektroniczną na adres e-mail: szkola@sapsp.pl do dnia 18.05.2020 r. do godz. 12.00.

Koszty uczestnictwa w zapytaniu, w tym opracowanie i dostarczenie oferty obciążają wyłącznie wykonawcę.

Zamawiający dopuszcza unieważnienie niniejszego zapytania bez podania przyczyny. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia ze strony Zamawiającego.

RODO

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, os. Zgody 18, 31-951 Kraków;
- w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: os. Zgody 18, 31-951 Kraków, e-mail: iod@sapsp.pl, tel. 126819700, fax. 126819709;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawy defibrylatorów AED – 2 szt. dla Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.” (nr sprawy WTP.077. .2020).
- Odbiorcami Pani/Pana danych będą jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Zarządzeniem nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. „w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej” (Dz. Urz. MSW z 2013 r. poz.27), przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy);
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO”.

K O M E N D A N T

mf. bryg. mgr inż. Marek Chwała